

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 58104
Alım No : 19/2145
Talep Eden Birim : TIBBİ CİHAZ BİRİMİ
Konu : TIBBİ CİHAZ BİRİMİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 06.12.2019 16:00

03.12.2019

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KARE MOTOR (HASTA YATAĞI İÇİN)			4,00	ADET		
2	KARE AYAK MOTOR (HASTA YATAĞI İÇİN)			4,00	ADET		

İDARİ ŞARTLAR:

- 1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
- 2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
- 3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
- 4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
- 5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6) Alıma ilişkin ilan ve listesini <http://www.selcuk.edu.tr> Adresinden Alabilirsiniz.
- 7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
- 9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
- 10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
- 11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
- 12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
- 13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
- 14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ilgili ödemedeki kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
- 15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
- 16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
- 17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.

FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03 MAİL: sudogradantemin@gmail.com

Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr

Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

58104 NOLU İSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

✓ Kare Motor (Hasta Yatağı için) 4 ADET

1. Teklif verilen malzeme, hastanemizde genelinde kullanılan Muka marka HC1020 ve HC1120 model hasta yataklarına uyumlu olmalıdır.
2. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
3. 24 VDC ile çalışmalıdır. Max 4,8A değerinde olmalıdır.
4. En az IPX6 koruma derecesinde olmalıdır.
5. 2 min/18 min çalışma aralığı olmalıdır.
6. Kare tipi sütun motor olmalıdır.
7. Kare motor, fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
8. Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere sedyeler üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune malzemede meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
9. Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
10. Nakliye ücreti firmaya aittir.

✓ Kare Ayak Motor (Hasta Yatağı için) 4 ADET

1. Teklif verilen malzeme, hastanemizde genelinde kullanılan Muka marka HC1200 -1109 model hasta yataklarına uyumlu olmalıdır.
2. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
3. En az 6000 N kuvvetinde olmalıdır.
4. 24 VDC ile çalışmalıdır. Max .5.0 A değerinde olmalıdır.
5. En az IPX6 koruma derecesinde olmalıdır.
6. 2 min/18 min çalışma aralığı olmalıdır.
7. Yatakta ayak kısmını kaldırmalıdır.
8. Motor, fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
9. Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere sedyeler üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune malzemede meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
10. Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
11. Nakliye ücreti firmaya aittir.



