

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 92417
Alım No : 25/313
Talep Eden Birim : TIBBİ CİHAZ BİRİMİ
Konu : TIBBİ CİHAZ BİRİMİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 18.03.2025 16:00

14.03.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

S. No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ARA BAĞLANTI KABLOSU			10,00	ADET		
2	MİKROSKOP AMPULÜ (HBO 103W/2)			4,00	ADET		

İDARİ ŞARTLAR:

- 1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (**dogrudantemin@selcuk.edu.tr**)
 - 2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
 - 3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no, alım no, tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
 - 4) Firmaların teklifleri ihaleler için kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
 - 5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
 - 6) Alıma ilişkin ilan ve listesini <http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/> Adresinden alabilirsiniz.
 - 7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
 - 9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma sorumludur.
 - 10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
 - 9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını **TEKLİFLERİNİZDE** ve **FATURANIZDA** belirtiniz.
 - 10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
 - 11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
 - 12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 - 13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
 - 14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ilgili ödemededen kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
 - 15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
 - 16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
 - 17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
 - 18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; **dogrudantemin@selcuk.edu.tr** (E-arşiv faturalar ıslak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
- BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
- Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

92417 NOLU İSTEM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ara Bağlantı Kablosu

- a) Ara Bağlantı Kablosu, hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi' nde kullanılmakta olan Aerogen Pro marka Aeroneb model nebulizatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
- b) Söz konusu ara bağlantı kablosu cihaz ve cihaza ait flowsensör giriş soketlerine ilave herhangi bir aparat gerektirmeden montajı yapılabilir özellikte olmalıdır.

- c) Teklif verilen ara bağlantı kablosu cihaz üretici firmasının onayladığı **orijinal** ürün olmalı ve ayrıca kurumumuza açılmamış orijinal paketinde teslim edilmelidir.
- d) Bu nedenle teklif verecek olan firmaların ilgili cihaz üreticisinden alınmış **“Distribütör Yetkili Belgesi” veya ISO 13485 ve TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi’** ne sahip olmaları ya da temini yapılan malzemenin orijinalliğine ilişkin belgelerin teklif dosyasında kurumumuza sunulması gerekmektedir.
- e) Kurumumuza teslimi yapılan ara bağlantı kabloları orijinal paketleri üzerinde malzemenin üretim yeri, seri no, CE logosu, REF ve LOT numaraları mutlaka yazmalıdır.
- f) Ara Bağlantı Kabloları açılmamış orijinal paketi içerisinde tarafımıza teslim edilmeli, paket üzerinde ürüne ait teknik bilgiler olmalıdır.
- g) Ara Bağlantı Kabloları fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
- h) Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere cihaz üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune ara bağlantı kablosunda meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
- i) Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (On) iş günü içerisinde talep edilen malzemeler tarafımıza teslim edilmelidir.
- j) Nakliye ücreti firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü kayıp ve hasardan da firma sorumludur.

2. Mikroskop Ampulü (HBO 103W/2)

- a) Teklif verilen ampül, hastanemiz Tıbbi Genetik Polikliniği’ nde kullanılmakta olan Olympus marka BX51 model mikroskop cihazına uyumlu olmalıdır.
- b) Teklif verilen lamba en az 300 saat ömürlü, 30W gücünde ve 17-25V çalışma değerinde olmalıdır.
- c) Teklif verilen lamba orijinal veya orijinale eşdeğer özellikte olmalı ve hastanemize açılmamış ambalajında teslim edilmelidir.
- d) Ampul kendinden metal duy özellikli olmalıdır.
- e) Teklif verilen ampul en az 6 (altı) ay boyunca fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı firma garantisinde olmalıdır. Belirtilen süre içerisinde arızalanan ampul firma ücretsiz olarak değiştirecektir.
- f) Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
- g) Teklif verilen ampulün numunesi hastanemiz biyomedikal birimine gönderilecek olup, tarafımızca yapılacak olan kontroller neticesinde satınalma işlem onayı devam edecektir. Bu kapsamda numune göndermeyen firmaların fiyat teklifleri işleme alınmayacaktır.
- h) Nakliye ücreti firmaya aittir. Nakliye anında oluşabilecek her türlü hasar ve aksaklıktan firma sorumludur.
- i) Ampule ait görsel yanda verilmiştir.

